

达州市达川区红十字会急救设备采购项目公告

根据《中国红十字会自动体外除颤器及应急救护一体机管理指引（试行）》文件精神，结合达川区的实际，区红十字会拟在人员密集的公共场所安装急救设备。

一、项目名称：达州市达川区红十字会急救设备采购项目

二、项目基本情况：

1. 采购内容：自动体外除颤器（AED），设备需包含立式防水带显示功能的存储柜一个。产品具体参数指标见附件。

2. 采购数量：6 台

3. 采购预算：120000 元，，预算控制单价 20000/台。

三、采购方式：竞争性谈判。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在达州市红十字会网站 <http://www.dazhouedcross.cn> 上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件；
- 7、根据采购项目提出的特殊资格条件：无。

六、技术参数

（一）、自动体外除颤仪 AED

- 1、适用于成人及儿科患者使用；
- 2、★具备中文语音提示、LED 指示灯可视性提示功能；
- 3、★两键即可完成操作，无盖子、盖板等，提高急救效率；
- 4、★双相截顶指数波，最大输出能量：成人 200J、儿童 50J；
- 5、★充电时间：从开始分析到最高能量除颤放电准备好时间 ≤ 6 秒；
- 7、★全程时间：从开机到首次除颤放电准备好时间 ≤ 8 秒
- 8、★患者阻抗测量范围： $\geq 20-200 \Omega$ ；
- 9、除颤脉冲最大电压： $\leq 1100V$
- 10、★非可电击心律识别率（无人为干预）： $\geq 98.8\%$ ；
- 11、具备至少 400 分钟 ECG 记录、30 分钟现场录音记录，可存储 ECG 波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数等，并可通过红外端口导出；
- 12、具备 LED 指示灯，且 LED 指示灯亮起节奏与急救流程同步；
- 13、★AED 主机无包装 1.5m 抗跌落，跌落后仍可正常工作；
- 14、★整机重量： $\leq 2kg$ （含电池、电极片），方便运送，确保急救时效性；
- 15、★储存温度： $-40^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$ ；
- 16、★工作温度： $-20^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$ ；
- 17、★ $-20^{\circ}C$ 工作时间： ≥ 3 小时；
- 18、★ $55^{\circ}C$ 工作时间： ≥ 5 小时；
- 19、★ $70^{\circ}C$ 高温存储时间： ≥ 4 小时；
- 20、★无 USB、蓝牙等非必要接口，减少电量消耗及故障几率；
- 21、★具备独立的 AED 状态显示屏，并可通过图示显示至少“AED 是否正常”、“电量是否充足”、“AED 是否处于随时可用状态”三项内容；
- 22、★电池：待机时间： ≥ 5 年，最大能量除颤次数： ≥ 300 次；
- 23、★成人/儿童电极片独立设计，避免误操作影响急救效果；
- 24、具有 CPR 节拍器，且节拍器频率符合 AHA 相关规定；
- 25、★低电量报警后，至少可放电 15 次（200J）。

（二）、便携背包

- 1、标配便携背包，在集体活动、外出情况下使用；

- 2、便携背包具有透明可视窗，可随时观察电极片有效期；
- 3、便携背包无需外接电源，可续航 5 年以上（提供第三方检测报告）
- 4、便携背包可实现远程自动维护，无需人工巡检、支持远程无线数据传输，可实现上传除颤器电池状态、工作状态、归位信息等数据内容。

尺寸重量	500*1800（含底座不含灯总高）*200mm，约 60KG；
材质	1.2mm 碳钢板，防水；表面静电喷粉；
环境要求	220V 电源
屏幕规格	32 寸 1080P 高清，京东方 A 规触摸屏，画面分辨率为 1920*1080
控制系统	单机媒体播放主板
多媒体播放功能	循环播放媒体内容，可设置定时开关机，U 盘播放
机箱部件	32 寸液晶屏 1 个、控制板 1 块、智能报警灯 1 个、220V 电源 1 个、U 盘 1 个。
照片	

七、磋商文件获取方式、时间、地点：
报名方式为现场或网上（QQ 邮箱 1172892946@qq.com）；获取招标文件时，

供应商为法定代表人的，需提供营业执照复印件及法定代表人身份证复印件；供应商为经办人的，需提供单位介绍信（需注明采购项目名称、采购项目编号、联系人及联系电话）、经办人身份证复印件；（所提供资料均须加盖单位公章）。

项目磋商文件获取时间为**2024年4月25日至2024年4月28日9:00-17:00**（北京时间，法定节假日除外）。

八、递交响应文件截止时间 2024年4月30日17:00（北京时间）；

谈判时间： 2024年5月7日10:00（北京时间）。

九、谈判地点：达州市达川区红十字会会议室 304。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人和采购代理机构恕不接收。

十、联系方式

采 购 人：达州市达川区红十字会

地 址：达州市达川区保险街 253 号

联系方式：韦女士 0818-2669006